Numéro de contrôle : 5 028 792

Déclaration de conformité du fournisseur 47 CFR § 2.1077 Renseignements sur la conformité

Identificateur unique: eSight Go, EG-01-AC-00

Partie responsable – Coordonnées des États-Unis :

Gentex Corporation
600 North Centennial Street
Zeeland, MI 49464, États-Unis
Téléphone : 616 392-7195

Déclaration de conformité à la Commission fédérale des communications ou Federal Communications Commission (FCC) :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Renseignements sur la certification du débit d'absorption spécifique (DAS) de la FCC

eSight Go répond aux limites d'exposition humaine énoncées dans 47CFR 2.1093.

Déclaration d'interférence de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis

Nous, Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland, MI 49464, États-Unis, 1 855 837-4448, déclarons sous notre seule responsabilité que eSight Go est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Les changements ou modifications non approuvés explicitement par la partie responsable de la conformité pourraient rendre caduque l'autorisation de l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

La technologie sans fil de l'eSight Go a été testée et déclarée conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, l'équipement peut provoquer des interférences de radiofréquence avec d'autres appareils et des communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences (ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur (ou le personnel d'entretien qualifié) doit tenter de résoudre le problème en appliquant une ou plusieurs des méthodes suivantes:

- Réorientez ou déplacez le ou les appareils concernés.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le ou les appareils concernés.
- Branchez l'équipement dans une prise ou un circuit différent de celui auquel l'appareil concerné est connecté.
- Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit différent de celui sur lequel l'appareil concerné est branché.

Industrie Canada

Cet appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils exempts de licence. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux deux conditions suivantes:

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Signalement des plaintes et des incidents

eSight Go est un dispositif médical de classe 1 qui fait l'objet d'une surveillance supplémentaire. Signalez toute lacune dans la qualité, la durabilité, la sécurité ou l'efficacité de l'appareil au service à la clientèle d'eSight en utilisant les coordonnées fournies ci-dessous.

Signalez tout incident de sécurité lié au dispositif au service à la clientèle d'eSight et à l'organisme de réglementation qui réglemente les dispositifs médicaux dans votre pays. Un incident lié à la sécurité désigne un événement où le dispositif a mené directement ou indirectement, ou pourrait avoir mené ou pourrait entraîner, la mort, une blessure ou une détérioration temporaire ou permanente de la santé d'une personne.

Élimination appropriée

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays disposant de systèmes de collecte sélective) Ce marquage sur le produit, les accessoires ou la documentation indique que le produit et ses accessoires électroniques (par exemple, chargeur, casque, contrôleur, câbles) ne doivent pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers.

Afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets ne nuise à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Les utilisateurs domestiques doivent communiquer avec le détaillant où ils ont acheté ce produit, ou leur administration locale, pour savoir où et comment ils peuvent déposer ces articles pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Ce produit est conforme à la norme RoHS.

Jetez les piles de façon appropriée et rapide, conformément aux instructions. Ne jetez pas les piles dans un feu ou dans un site d'enfouissement.

Caractéristiques techniques

Afficher	
Résolution	• 1920 x 1080
Champ de vision	• Diagonale 45°
Alimentation	
Temps d'exécution	• 180 minutes
Pile	• Pile au lithium-ion intégrée dans l'appareil • Pile rechargeable au lithium-ion dans un Nook Pack • Tension et courant de charge maximum: 3,0 V et 3,0 A • CCible USB de type C avec adaptateur mural c.a. USB
Connexions	
USB	• Entrée USB Type C fournie par eSight pour l'alimentation • Charge la batterie lorsqu'elle est utilisée avec l'adaptateur mural CA
Bluetooth	• Bluetooth 4.1 • Associe le casque avec la télécommande fournie par eSight
Wi-Fi	• 2,4 GHz • Permet la connexion pour les mises à jour de l'appareil et le soutien à distance
Son	
Haut-parleurs	• Pour le retour de l'interface utilisateur
Environnement d'exploitation	
Température de fonctionnement	• 0 °C à 38 °C (32 °F à 100,4 °F)
Température d'entreposage	• -20 °C à +45 °C (-4 °F à 113 °F)

Service à la clientèle et garantie

Service à la clientèle eSight (Canada et États-Unis)
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de service à la clientèle, veuillez communiquer avec nous:

- www.eighteyewear.com/esight-go-support/
- 1-855-8eSight (1-855-837-4448)
- help@eighteyewear.com

Service à la clientèle eSight à l'extérieur du Canada et des États-Unis
Pour toute question ou assistance à la clientèle, veuillez communiquer directement votre distributeur agréé eSight ou votre clinique. Ils sont formés pour fournir une assistance complète dans votre langue locale et votre fuseau horaire.

Garantie
www.eighteyewear.com/esight-go-support/

Identification
Le numéro de série de votre eSight Go est un code unique à 9 chiffres commençant par « EG », qui sert d'identifiant individuel à votre appareil. Ce numéro de série peut être situé sur le côté intérieur du bras droit de votre eSight Go.

Intertek

eSight
POR GENTEX CORPORATION

Guía de seguridad de eSight Go

© Copyright 2024, Gentex Corporation. Todos los derechos reservados.

Mayo de 2024

Ninguna parte de esta publicación se puede reproducir sin el permiso expreso por escrito de Gentex Corporation.

"eSight Eyewear" así como "eSight" y las imágenes y los símbolos asociados son marcas comerciales de Gentex Corporation. "eSight" es una marca comercial registrada en Canadá y EE. UU. y puede estar pendiente o registrada en otros países. Varias patentes de EE. UU. y otras patentes pendientes. Todas las demás otras comerciales, marcas comerciales registradas, nombres de productos y nombres de compañías y/o logotipos citados en el presente, si los hubiera, son propiedad de sus respectivos titulares.

Gentex Corporation se reserva el derecho de mejorar el contenido de esta Guía de seguridad sin previo aviso.

Información de seguridad importante

⚠ ADVERTENCIA

Lea esta información de seguridad importante antes de usar el dispositivo y siga las instrucciones y pautas que contiene. De no hacerlo, podría dañar el dispositivo o la propiedad alrededor, causar lesiones personales graves o la muerte.

El término "dispositivo", tal como se utiliza en esta información de seguridad, se refiere a eSight Go y sus accesorios.

Esta información de seguridad se actualiza periódicamente para garantizar su exactitud e integridad. Consulte www.eighteyewear.com/esight-go-support para obtener la última versión.

Uso previsto
eSight Go se diseñó, para personas con visión reducida, como ayuda visual en sus actividades diarias (salvo manejar, operar maquinaria u otra tarea exigente visualmente, con riesgo inherente de lesión o muerte).

Actividades aprobadas de uso
El uso de eSight Go no es apto para todas las actividades. El uso de eSight Go puede dificultarle la vista y comprensión de su entorno, así como la medición de la distancia entre los objetos. Cuando realice alguna actividad mientras usa eSight Go, asegúrese de que pueda ser capaz de mantener la percepción de su entorno. De no hacerlo, podría provocar accidentes, que pueden causar daños al dispositivo o a la propiedad alrededor, lesiones personales graves y la muerte.

Estas son algunas instrucciones específicas para usar eSight Go en actividades:

- No use eSight al conducir o realizar actividades que requieran cierta capacidad física de movimiento o habilidad que incluyen, pero no se limitan a, manejar, trotar, andar en bicicleta, practicar deportes, cocinar, cortar con cortar con tijeras o cuchillos o usar herramientas eléctricas.
- No opere eSight Go en ningún lugar necesita prestar atención al entorno (como cerca de una calle muy transitada o en un sitio en construcción).
- eSight Go puede ocultar su campo de visión por encima de la línea de visión. Preste atención a su entorno y evite objetos bajos y difíciles de ver.
- eSight Go no se diseñó para su uso bajo la lluvia o la nieve.
- De hacerlo, podría ocasionar que deje de funcionar y, según la actividad, podría provocar accidentes o lesiones. También podría provocar una descarga eléctrica (lo cual se analiza a continuación).
- Durante el uso móvil, como caminar o andar por escaleras y aceras, asegúrese de prestar mucha atención a su entorno y ajuste eSight Go para mantener la visión periférica y la percepción del contexto.
- No camine mientras el dispositivo esté en modo Freeze Frame (Marco congelado).

Fuente de alimentación
Use eSight Go únicamente con una fuente de alimentación aprobada. De no hacerlo, podría provocar daños al dispositivo o a la fuente de alimentación y ocasionar sobrecalentamiento, incendio, explosión, descarga eléctrica o inhalación de humo, generando daños al dispositivo o a la propiedad alrededor, lesiones personales graves o la muerte.

Seguridad de la batería

- No exponga el dispositivo o las baterías a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F) ni coloque, almacene o cargue el dispositivo o las baterías en o cerca de una fuente de calor, en un lugar a alta temperatura o bajo la fuerte luz del sol directa. Si lo hace, el dispositivo o las baterías podrían calentarse demasiado, lo que podría provocar sobrecalentamiento, incendio, explosión, descarga eléctrica o inhalación de humo, lo que a su vez podría provocar daños al dispositivo o a la propiedad alrededor, lesiones personales graves o la muerte.
- No perfore, abra, intente reparar ni desarme la batería. Si lo hace, podría provocar descarga eléctrica, sobrecalentamiento de la batería (lo que podría provocar incendio o inhalación de humo) o exposición a los líquidos que se encuentran dentro de la batería, y cualquiera de estas situaciones podrían provocar daños al dispositivo o a la propiedad alrededor, lesiones personales graves o la muerte.
- Si la batería tiene fugas y usted entra en contacto con los líquidos de la fuga, enjuague con abundante agua y busque atención médica de inmediato.
- Trague una batería puede provocar lesiones personales graves o la muerte. Si piensa que pudo haber ingerido las baterías o que están dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.
- Si el compartimento de la batería no se cierra de manera segura, deje de usar el control remoto y manténgalo alejado de los niños, quienes podrían accidentalmente tragarse las baterías.

Peligro de descarga eléctrica
eSight Go es un dispositivo eléctrico. El uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica, lo que podría causar lesiones personales graves o la muerte. Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, siga las siguientes instrucciones:

- No utilice el dispositivo al aire libre cuando esté lloviendo o nevando.
- Use solo adaptadores de alimentación USB, baterías, cables y accesorios aprobados por eSight.
- Verifique el dispositivo y los componentes de carga antes de cada uso. No utilice el dispositivo ni ningún componente de carga si alguna pieza está rota, dañada o suelta.
- No intente desarmar, abrir, reparar ni modificar el dispositivo.
- No sumerja ni exponga el eSight Go a los líquidos.
- No conecte ni opere el dispositivo con las manos mojadas.

Interferencia con dispositivos médicos
Al igual que con cualquier dispositivo que incorpore una señal de radio, eSight Go puede interferir con algunos dispositivos médicos, los implantados, como los marcapasos. Mantenga el eSight Go a 15 cm (6 pulgadas), como mínimo, de cualquier dispositivo médico implantado. Si usa uno o cualquier otro dispositivo médico electrónico, consulte a un médico antes de usar eSight Go.

Si usa audífonos, comuníquese con el fabricante antes de usar eSight Go porque las radiofrecuencias que emite podrían afectar su uso.

Entornos potencialmente explosivos
eSight Go es un dispositivo eléctrico. En entornos explosivos, como cerca de surtidores de combustible, eSight Go podría generar una chispa capaz de provocar un incendio o una explosión, generando daños al dispositivo o a la propiedad alrededor, lesiones personales graves o la muerte. Para mitigar este riesgo, cumpla con las siguientes pautas:

- Siempre cumpla con las regulaciones, instrucciones y señales para el uso de dispositivos electrónicos en entornos potencialmente explosivos.
- No utilice el dispositivo en puntos de reabastecimiento (estaciones de combustible), cerca de combustibles o productos químicos o en otros entornos potencialmente explosivos.
- No use ni almacene el dispositivo en áreas con altas concentraciones de polvo.

Riesgo de convulsiones
eSight Go emplea tecnología avanzada para mejorar la información visual en tiempo real. Sin embargo, en condiciones específicas, como la exposición a frecuencias variables de luz artificial (generalmente 50 o 60 Hz), los usuarios podrían notar intermitencias en la imagen. Si bien eSight Go incluye ajustes de control de intermitencia diseñados para minimizar este efecto, similares a los que se usan en equipos de fotografía y video, persiste el riesgo de molestias o convulsiones inducidas por intermitencia para personas con epilepsia fotosensible o sensibilidad a la intermitencia. Si tiene antecedentes de convulsiones o epilepsia, consulte a un profesional de la salud antes de usar eSight Go.

Malestar personal
Usar eSight Go es como comenzar cualquier programa de ejercicios, tómelo con tranquilidad para desarrollar gradualmente su habilidad y tolerancia. Al principio, no es raro sentirse un poco incómodo. Tome descansos si descubre que está fatigado o siente molestias.

Deje de usar el dispositivo si experimenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- Problemas de visión, incluida visión borrosa o doble.
- Irritación de la piel en el lugar de contacto con el dispositivo, incluidos enrojecimiento, hinchazón o picazón.
- Problemas oculares, incluidos dolor, movimiento involuntario (espasmos) o fatiga.
- Mareos, aturdimiento, problemas de equilibrio o desorientación.
- Náuseas o dolores de cabeza.
- Otros síntomas de mareo causados por movimiento.

Los síntomas podrían empeorar si continúa usando el dispositivo e indicar problemas más graves. Si persisten, consulte a un médico

Mantener alejado de niños y mascotas
eSight Go no es un juguete. Nunca permita que niños o mascotas jueguen con el dispositivo, el cable de carga u otros accesorios. El dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden generar peligro de asfixia. No permita que los niños o mascotas jueguen con el dispositivo porque podría provocar lesiones personales graves o la muerte.

Irritación de la piel

⚠ PRECAUCIÓN

eSight Go es usa en la piel. Algunas personas pueden experimentar reacciones en la piel a ciertos materiales, particularmente con el contacto prolongado. Deje de usar el dispositivo si nota irritación en la piel. Si los síntomas persisten, consulte a un médico.

Calor
eSight Go puede calentarse y mostrar una advertencia de temperatura durante el uso normal. Permita la circulación de aire adecuada debajo y alrededor del dispositivo.

Si el dispositivo se calienta y resulta incómodo, retírelo y tome un descanso. Si el dispositivo sigue estando demasiado caliente, interrumpa el uso de inmediato y apague el dispositivo eSight Go. De lo contrario, podrían producirse quemaduras u otras lesiones.

Sonido
La exposición excesiva a sonidos fuertes puede causar daño auditivo. Utilice solo el volumen mínimo necesario para escuchar claramente en un entorno tranquilo.

Recomendaciones generales de uso para usuarios de 13 años o más
eSight Go está diseñado para usuarios de 13 años o más, lo que garantiza que puedan comprender y aplicar de manera segura las instrucciones de seguridad. Se recomienda supervisar el uso de los usuarios jóvenes para mantener la seguridad de las personas de cualquier edad.

Almacenamiento
Apague el eSight Go y guárdelo de manera segura en el estuche de protección provisto para protegerlo de rayones, polvo y posibles peligros ambientales.

Ciberseguridad
Asegúrese de que las actualizaciones de software inalámbricas y las funcionalidades de eShare se realicen a través de una red segura que requiera una contraseña.

AVISOS REGULATORIOS

Propuesta del estado de California 65
Este producto puede exponerlo a químicos que, según el estado de California, causan cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite: www.P65Warnings.ca.gov

Cumplimiento de la certificación ETL
eSight Go está certificado para cumplir con los estándares de seguridad requeridos de acuerdo como lo verifica Intertek Testing Services, y está autorizado para mostrar la marca de ETL. Los estándares específicos a los que se ha probado y cumple este producto son los siguientes:

La operación del dispositivo depende de estas dos condiciones:

- Cumple con el estándar UL 62368-1.
- Certificado según el estándar CSA C22.2 no. 62368-1.

Número de control: 5028792

Declaración de conformidad del proveedor 47 CFR § 2.1077 Información de cumplimiento

Identificador único: eSight Go, EG-01-AC-00

Parte responsable: Información de contacto en EE. UU.:

Gentex Corporation
600 North Centennial Street
Zeeland, MI 49464
Teléfono: 616.392.7195

Declaración de cumplimiento de FCC:

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las reglas de FCC. La operación depende de estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida una que pueda causar una operación no deseada.

Información de certificación de tasa de absorción específica (SAR) de FCC
eSight Go cumple con los límites de exposición humana que se encuentran en 47CFR 2.1093.

Declaración de interferencia de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU.

Nosotros, Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland, MI 49464, EE. UU., 1-855-837-4448, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que eSight Go cumple con la Parte 15 de las Reglas de FCC.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La operación del dispositivo depende estas dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Se ha probado la tecnología inalámbrica en eSight Go y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC.

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia. Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, el equipo puede causar interferencia de radiofrecuencia a otros dispositivos y comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia (que se puede determinar al encender y apagar el equipo), el usuario (o el personal de servicio calificado) debe intentar corregir el problema con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar los dispositivos afectados.
- Aumente la separación entre el equipo y los dispositivos afectados.
- Conecte el equipo a un tomacorriente o circuito diferente al que está conectado el dispositivo afectado.
- Consulte al representante del punto de compra o servicio para obtener más sugerencias.

Industry Canada

Este dispositivo cumple con las RSS exentas de licencia de Industry Canada. La operación del dispositivo depende de estas dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que pueda causar una operación no deseada.

Informe de quejas e incidentes
eSight Go es un dispositivo médico Clase 1 y está sujeto a monitoreo adicional. Informe cualquier deficiencia en la calidad, durabilidad, seguridad o eficacia del dispositivo al servicio de Atención al cliente de eSight, con la información de contacto que se proporciona a continuación.

Informe cualquier incidente de seguridad relacionado con el dispositivo al servicio de Atención al cliente de eSight y a la autoridad reguladora que reglamenta los dispositivos médicos en su país. Un incidente de seguridad significa un evento en el que el dispositivo, directa o indirectamente, provocó, podría haber provocado o podría provocar la muerte, una lesión o el deterioro temporal o permanente de la salud de una persona.

Eliminación correcta

(Desechos de equipos eléctricos y electrónicos). (Aplica en países con sistemas de recolección separados). Esta marca en el producto, accesorios o literatura indica que el producto y sus accesorios electrónicos (por ejemplo, cargador, audífonos, controlador, cables) no deben desecharse con otros desechos en el hogar.

Para evitar posibles daños al medioambiente o a la salud humana por la eliminación no controlada de desechos, separe estos elementos de otros tipos de desechos y recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Los usuarios en hogares deben comunicarse con el minorista donde compraron este producto o con su oficina gubernamental local para obtener detalles sobre dónde y cómo pueden llevar estos artículos para su reciclaje seguro en el medio ambiente.

Este producto cumple con RoHS.

Deseche las baterías inmediatamente de manera adecuada de acuerdo con las instrucciones. No deseche las baterías en fuego o vertederos.

Especificaciones técnicas

Pantalla	
Resolución	• 1920 x 1080
Campo de visión	• Diagonal 45°
Energía	
Tiempo de funcionamiento	• 180 minutos
Batería	• Batería integrada de iones de litio en el dispositivo • Batería recargable de iones de litio en paquete del cuello • Voltaje y corriente de carga máximos: 5.0 V y 3.0 A • Cable USB-tipo C con adaptador de pared de CA USB
Conexiones	
USB	• Entrada USB tipo C proporcionada por eSight para alimentación • Carga la batería cuando se utiliza con el adaptador de pared de CA
Bluetooth	• Bluetooth 4.1 • Empareje los audífonos con el control remoto suministrado por eSight
Wi-Fi	• 2.4 GHz • Permite la conexión para actualizaciones de dispositivos y soporte remoto
Sonido	
Altavoces para auriculares	• Para retroalimentación de interfaz de usuario
Entorno de operación	
Temperatura de operación	• 0 °C a 38 °C (32 °F a 100.4 °F)
Temperatura de almacenamiento	• -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Asistencia al cliente y garantía

Atención al cliente de eSight (Canadá y Estados Unidos)
Si tiene preguntas y necesita atención al cliente, comuníquese con nosotros:

- www.eightеyewear.com/esight-go-support/
- 1-855-8eSight (1-855-837-4448)
- help@eightеyewear.com

Atención al cliente de eSight fuera de Canadá y Estados Unidos
Si tiene preguntas y necesita atención al cliente, comuníquese directamente con su distribuidor autorizado de eSight o con la clínica de dispensación. Ellos están capacitados para brindar apoyo completo en su idioma local y zona horaria.

Garantía
www.eightеyewear.com/esight-go-support/

Identificación
Su número de serie de eSight Go es un código único de 9 dígitos que comienza con "EG" y que sirve como identificador individual de su dispositivo. Este número de serie puede ubicarse en el lado interno del brazo derecho de su eSight Go.

Intertek