



Automatic Digital Blood Pressure Wrist Monitor

Model 01-506



INSTRUCTION MANUAL • ENGLISH & ESPAÑOL

STOP!

PLEASE ENSURE YOU HAVE ALL OF THE FOLLOWING COMPONENTS BEFORE USING YOUR DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR.




Digital Monitor



2 AAA Batteries



Storage Case



Instruction Manual
Quick Start Guide
Blood Pressure Reading Tracking Log
FAQ Information Sheet

**IF YOU ARE MISSING ANY PARTS, INCLUDING INSERTS OR INSTRUCTION MANUALS, DO NOT RETURN TO PLACE OF PURCHASE.
CONTACT CUSTOMER CARE AT 866-326-1313.**

INDEX

Care and Safety Information	4-5
Introduction	6
Monitor Features	7
Getting Started	8
Battery Installation and Replacement / AC Power	9
Setting Date and Time	10
Applying Your Blood Pressure Cuff	11
Taking Your Blood Pressure Reading	12-13
Interpreting your Results (IHB and Hypertension)	14-15
Memory Function	16-17
Care and Maintenance	18
Device and Label Symbols	19
Display Symbols	20
Troubleshooting/Error Codes	21-23
FCC Statement	24
Electromagnetic Compatibility	25-28
Specifications	29
Warranty	30
Instrucciones en Español	31-60

Toll-Free Customer Care Help Line: 1-866-326-1313

Monday – Friday 8:30 a.m. – 4:30 p.m. CST



Manufactured for:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Made in China
#93-1057 11/14
©2014 Veridian Healthcare, LLC

CARE & SAFETY INFORMATION

Note: Read all instructions carefully before use. The following basic precautions are needed when using an electrical product.

Caution: Failure to read and observe all precautions could result in personal injury or equipment damage.

Improper care or use of your blood pressure monitor may result in injury, damage to the unit or ineffective treatment. Following these instructions will ensure the blood pressure monitor's efficacy and long life.

General Cautions & Warnings

- Measurement results should be discussed with your physician or healthcare professional; never self-diagnose or attempt treatment as this may be dangerous
- Intended for adult use only; this device is not approved for infant or child use
- Keep out of reach of children
- Do not use the unit if it has any damaged parts, if it has been submersed in water or dropped
- If any abnormality occurs, discontinue use until the unit has been examined and repaired
- Only use included attachments and parts; do not use attachments from other brands or models as these may not be properly calibrated for use with this device and may result in measurement error
- This monitor may not be appropriate for individuals with serious arrhythmias; consult with your physician for proper monitor use and evaluation.
- Check the blood circulation of the user before measurement
- Do not share the cuff with an infected person.
- Do not disassemble the unit or attempt to repair it; substitution of a component different from that supplied may result in measurement error and will void manufacturer warranty



- Always follow local regulations for proper disposal of the monitor, cuff and batteries

CARE & SAFETY INFORMATION

Operating Cautions & Warnings

- Prolonged over-inflation may cause congestion, swelling or bruising in some people
- Wait a minimum of 2 minutes between measurements (20-minutes is recommended); excessive frequent measurements may restrict blood circulation
- Do not use this device while connected to any monitoring equipment on the same limb
- The application of the cuff over a wound or inflammation diseases
- Consult with your healthcare professional for guidance for use if you have any of the following: intravascular shunt; mastectomy on the arm corresponding to the measurement side of the body
- If you experience any discomfort or an abnormality occurs, stop using the device immediately; to stop the device during operation, press the  **POWER** button and the cuff will automatically deflate
- Operation outside of stated operating temperature may result in measurement error or device malfunction; operation environment temperature is: 41°F – 104°F (5°C – 40°C)
Humidity ≤90% RH max
- Never use this unit while operating a vehicle or in the bathtub or shower

Storage Cautions & Warnings

- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C) Humidity ≤90%
- Keep the unit out of reach of small children
- Always keep the unit unplugged while not in use; remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time

Cleaning Cautions & Warnings

- Never immerse the unit in water to clean as it may damage the unit
- Follow the 'Cleaning and Maintenance' portion of this manual for instruction on how to clean and care for your monitor

Introduction

It is recommended that you first seek the advice and recommendation of your physician or healthcare professional when using home diagnostic devices, including blood pressure monitors.


Automatic Digital Blood Pressure Monitors use the oscillometric method to electronically measure your blood pressure. The monitor detects your blood's movement through the artery in your arm and converts the movements into a digital reading. The oscillometric method does not require a stethoscope, making the monitor ideal for home use.

Blood pressure readings determined with this device are equivalent to measurements obtained by a trained healthcare professional using the cuff/stethoscope auscultation method, within the limits prescribed by the American National Standard for Electronic or Automated Sphygmomanometers.

Thank you for purchasing our Automatic Digital Blood Pressure Monitor. With proper care and use, your monitor will provide you with many years of reliable readings.

**PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL
COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT.**

Monitor Features



Details of the display and interpretation of the symbols are included throughout this manual.

Getting Started

Before Taking a Measurement

1. Your readings should only be interpreted by your physician or healthcare professional with access to your individual medical history. Regular use of a home blood pressure monitor will allow you to track and record your readings for discussion with your physician.
2. Conduct your measurement in a quiet place while seated in a relaxed position. Rest for 15 minutes before taking your reading. If an error occurs or you desire to take a second reading, allow 15 minutes between readings for your blood vessels to return to normal.
3. Avoid smoking, eating, taking medication, alcohol, physical activity or any other stressful activity for 30 minutes prior to taking a reading.
4. Always remove any jewelry or constrictive clothing that may interfere with the cuff placement.
5. Keep yourself and the monitor still during measuring; do not talk during the reading.
6. It is recommended that you take your readings at the same time each day to better monitor any indications in your results.
7. Record your daily measurement on the included chart or some other written document to share with your physician.

Variations in Blood Pressure

Blood pressure is influenced by many factors and can change from moment to moment. Normally, blood pressure is lowest during sleeping periods and rises during the day.

Battery installation and Replacement


This unit comes complete with 2 AAA batteries.

It is necessary to replace the batteries when the Low Battery symbol  appears on the display or when the display does not turn on after the **POWER** button is pressed.

Replacing Battery, Fig. 1

1. Press down and lift the cover.
2. Insert or replace 2 AAA batteries into the battery compartment, ensuring to match the indicated polarity symbols. Always use new batteries.
3. Replace the battery cover.
4. Dispose of batteries according to local disposal and recycling regulations.

It is recommended to remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time.



Setting the Date and Time

IT IS NECESSARY TO SET THE DATE AND TIME FOR THE MONITOR EVERY TIME BATTERIES ARE INITIALLY INSTALLED OR REPLACED.

1. When the unit is off, press and release both the **⏻POWER** and **M** (MEMORY) button at the same time. The month will begin to flash, *Fig. 1*.
2. Press the **M** (MEMORY) button to change until the desired number appears. To scroll through the numbers quicker, hold down the **M** (MEMORY) button as the numbers advance.
3. Press the **⏻POWER** button to confirm the month entry.
4. Next, the date will blink. Repeat steps 2 and 3 to set the date, then hours, then minutes.
5. After setting the minutes, the unit will automatically exit out of the date/time setting mode.




Fig. 1

When the monitor is off, the date and time will still appear at the top of the screen.

The time is displayed in 24hr Military Time. This chart explains the time conversion.

Military Time = Regular Time

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am


Applying Your Blood Pressure Cuff

PROPER CUFF FIT AND PLACEMENT IS CRITICAL IN OBTAINING ACCURATE BLOOD PRESSURE MEASUREMENTS. PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND CONSIDER CONSULTING WITH YOUR PHYSICIAN FOR FURTHER DIRECTION.

Before applying your blood pressure cuff, be sure your wrist is within the appropriate cuff range.

Wrist Circumference Range Suitable for:
5-1/2" – 7-5/8" (14 – 19.5 cm)

Reminder, it is important to avoid smoking, eating, taking medication, alcohol consumption or physical activity 30 minutes prior to taking a reading.



If for any reason you are unable to or should not use your left wrist, please modify the instructions for cuff application to your right wrist. Your physician can help you identify which wrist is best for you to take measurements from.

1. Remove any constrictive clothing or jewelry that may interfere with cuff placement.
2. Be seated at a table or desk with your feet flat on the floor.
3. Hold your left arm in front of you with your palm facing upward and legs uncrossed.
4. Apply the preformed cuff to your left wrist so that the digital display face is positioned on the inside area of your wrist facing you, *Fig. 1*.
5. Adjust the cuff 1/4" - 1/2" from the edge of the head of the ulna bone, *Fig. 2*.
6. The cuff should fit comfortably, yet snugly around your wrist.




Fig. 1




Fig. 2

If you are not comfortable with applying your cuff, please seek the assistance of another member of your household or work with your physician to practice the cuff application. Incorrectly applied cuffs may result in inaccurate readings.

Taking Your Blood Pressure Reading

Please read the preceding portions of this manual prior to taking your first reading.

Reminder, it is important to avoid smoking, eating, taking medication, alcohol consumption or physical activity 30 minutes prior to taking a reading.




Fig. 1

1. Rest your elbow on a solid surface with your palm facing upward. Elevate your arm so that the cuff is at the same level as your heart, Fig. 1. Relax your left hand.
2. Press the **POWER** button to turn the unit on; the unit will run a self-test, Fig. 2.
3. The unit will briefly display the last reading value for that memory bank. If there is no previous measurement, the unit will display '0' for all of the reading values, Fig. 3.
4. The cuff will automatically inflate to approximately 190mmHg or 40 mmHg higher than the last systolic pressure reading stored in memory.
5. When the inflation has reached optimum level, the display will begin to show the decreasing pressure while you feel the pressure of the cuff decrease.



Fig. 2




Fig. 3

NOTE: You can stop the inflation or deflation process at any time by pressing the POWER button.

Taking Your Blood Pressure Reading

6. When the measurement is complete, your blood pressure measurement and pulse will display simultaneously on the screen, Fig 4. Both the systolic and diastolic readings will display at the same time.
7. The Hypertension Indicator will indicate your reading range in the left side of the display, Fig 5. See page 16 for a chart interpreting the Hypertension Indicator results.
8. If an irregular heartbeat was detected during the reading, the Irregular Heartbeat Detector indicator will appear on the display, Fig 6. See page 14 for more information on the Irregular Heartbeat Detector feature.
9. The reading will automatically be stored in memory, up to 60 readings.
10. Select **POWER** to turn the unit off and conserve energy and battery life. The unit will automatically shut-off and revert to time/date mode after approximately 1 minute.



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Interpreting Your Results

Irregular Heartbeat Detection♥

An irregular heartbeat is defined as a heartbeat rhythm that is more than 25% slower or 25% faster than the average measurement detected while the monitor is conducting the measurement. When this device detects an irregular rhythm two or more times during the reading, the IHB symbol will appear on the display screen.

This monitor will operate if the icon appears, but the results may be compromised, especially if this symbol appears often. Please consult with your physician or trained healthcare professional for further information regarding an irregular heartbeat and if this symbol appears frequently.




Interpreting Your Results

Hypertension Indicator

This unit features our unique Hypertension Indicator. The World Health Organization has established globally accepted standards for the assessment of high or low blood pressure.

This chart can help you identify where your blood pressure measurements fall according to WHO classification standards. This chart should only be considered as a guideline; always consult with your physician to interpret your individual results. Never adjust your medication(s) dosage, or severely alter your diet or exercise routine without consulting with your physician.



The Hypertension Indicator is located on the left side of the display window

Stage 3 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 180 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 110 mmHg

Stage 2 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 160 -179 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 100 -109 mmHg

Stage 1 Hypertension

Systolic pressure: ≥ 140 -159 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 90 -99 mmHg

High Normal

Systolic pressure: ≥ 130 -139 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 85 -89 mmHg

Normal

Systolic pressure: ≥ 120 -129 mmHg
or
Diastolic pressure: ≥ 80 -84 mmHg

Optimal

Systolic pressure: < 120 mmHg
or
Diastolic pressure: < 80 mmHg

Memory Function

Recalling Measurements in Memory

You can recall up to 60 total measurements in memory. Using the included blood pressure log, these readings can be shared with your physician or trained healthcare professional.

1. Press and release the **M** (MEMORY) button. The unit will briefly show how many readings are stored within the bank, Fig. 1.
2. The display will next show the average of the last 3 readings. A flashing **A** will appear on the display, the hypertension indicator bar will also flash Fig 2.
3. Press the **M** (MEMORY) button to begin scrolling through the saved measurements. The measurement number and hypertension bar indicator will flash, Fig 3. After scrolling through all the readings, the unit will automatically turn off.
4. When the number of readings exceeds 60, the oldest data will be replaced with the new




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Memory Function

Clearing Measurements from Memory

1. Press and release the **M** (MEMORY) button. The unit will display how many measurements are stored within the bank.
2. Press the **M** (MEMORY) button to confirm the bank to erase. Each memory bank must be cleared separately.
3. Press and hold down the **M** (MEMORY) button until two horizontal lines flash, indicating that all measurements have been erased,
Fig. 4.




Fig. 4

Care and Maintenance

Proper care and maintenance of your blood pressure monitor will help ensure long life for the product; improper use of the monitor may void the included warranty.

Monitor Care and Maintenance

- Do not use any liquids on the monitor; use a soft, dry cloth to clean the monitor as needed
- Storage outside of stated storage temperature may result in measurement error or device malfunction; storage environment temperature is: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); humidity: ≤90% RH
- Do not store in direct sunlight
- Always keep the unit unplugged while not in use; remove the batteries if the unit will not be used for an extended period of time
- Do not attempt to disassemble your monitor; disassembling your monitor may void the manufacturers warranty
- Do not subject the monitor to strong shocks; take care not to drop the monitor
- With proper care, the monitor will maintain performance for a minimum of 10,000 measurements or three years
- No component of this device can be maintained by the user; the circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration instruction or other information which will assist the user's appropriately qualified technical personnel to repair those parts of equipment which are designated repairable can be supplied.
- It is recommended that monitor performance be reviewed every two years or after service or repair; please contact your service provider or call customer care

Cuff Care and Maintenance

- The cuff should not be submerged or washed in a washing machine, but may be spot cleaned with a mild-detergent as needed
- Clean the cuff thoroughly after every 200 uses or more frequently as needed
- Never attempt to iron or dry the cuff; if the cuff becomes wet, allow the cuff to air dry completely before use or storage
- To disinfect the cuff, wipe the inside (skin contact side) of the cuff using a cloth lightly moistened with 70% - 90% ethyl rubbing alcohol and allow to air dry; it is suggested to disinfect the cuff frequently when used in clinical sittings or if the cuff is contaminated in any way
- With proper care, the cuff will maintain performance for a minimum of 1000 measurements

Display Symbols

<i>Symbol</i>	<i>Meaning</i>
	Read This Manual—All included manuals should be read prior to first use
	Warning—Symbol indicates a warning, prohibition or mandatory action that mitigates a risk that is not necessarily obvious to the device operator
	Type BF Applied Parts—Indicates that a part of this unit comes in contact with the patient in order to carry out its intended function; in the case of this device the cuff is the Type BF Applied Part
	Environment Protection—dispose of this product properly; consult with your local recycling ordinances for proper recycling and disposal
	Keep Dry—This device should be kept dry; never submerge the unit or cuff. Consult with the Care and Maintenance section of this manual for information on cleaning your monitor

Display Symbols

<i>Symbol</i>	<i>Meaning</i>
SYS.	Systolic Blood Pressure—The 'top' blood pressure result
DIA.	Diastolic Blood Pressure—The 'bottom' blood pressure result
mmHg	Milligrams of Mercury—Unit of blood pressure measurement for this device
	Pulse Rate—Pulse rate per minute during the measurement
	Low Battery—Battery is low and should be replaced
	Down Arrow—The cuff is not properly wrapped or has too much air left in it; arrow will cease flashing when the unit is ready for measurement
	Up Arrow—A measurement error has occurred and the measurement should be attempted again
	Irregular Heartbeat Icon—An irregular heartbeat was detected during the measurement
	Memory Reading—Reading on display is a reading from a memory bank
	Average—The display shows the average of the last three measurements in memory
	Error—An error has occurred during the measurement

Troubleshooting

<i>Problem</i>	<i>Possible Cause</i>	<i>Solution</i>
Display shows an abnormal result	Cuff position was not correct or was not tight enough	Apply the cuff properly and attempt a new measurement
	Body posture was not correct during measurement	Review the 'Taking a Measurement' portion of this manual and attempt a new measurement
	Speaking, excessive movement, angry, excited or nervous anxiety during measurement	Wait a period of time and attempt a new measurement after calm has returned; do not speak or move during measurement
Display is blank when power is on	Batteries may be expired or installed improperly	Check the polarity of the batteries and reinstall if necessary; replace batteries with new batteries
No response when POWER is pressed or when new batteries have been loaded	Incorrect operation; possible strong electromagnetic interference	Remove batteries and wait a minimum of five minutes; reinstall batteries and attempt a new measurement

Troubleshooting

<i>Error Code</i>	<i>Possible Cause</i>	<i>Solution</i>
EE	Excessive movement was detected during measurement.	Wait approximately 20 minutes to allow the vessels to return to normal; attempt new measurement taking care not to move during test
	Improper inflation or rapid pressure decrease during measurement	Check that the monitor is firmly attached to cuff and is not loose; inspect cuff to ensure there are no rips or tears
	Irregular Heartbeat (arrhythmia) was detected during measurement	This monitor may not be appropriate for individuals with serious arrhythmias; consult with your physician for proper monitor use and evaluation
	The cuff is not properly applied	Reapply the cuff properly and attempt a new measurement

Troubleshooting - Error Codes

<i>Error Code</i>	<i>Possible Cause</i>	<i>Solution</i>
Display Shows Er 0	Pressure system is unstable before measurement	Review the 'Taking a Measurement' portion of the manual, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement.
Display Shows Er 1	Failed to detect systolic pressure	
Display Shows Er 2	Failed to detect diastolic pressure	
Display Shows Er 3	Pneumatic system blocked or cuff is too tight during inflation	Review the Applying Cuff portion of this manual; re-apply the cuff, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement.
Display Shows Er 4	Pneumatic system leakage or cuff is too loose during inflation	
Display Shows Er 5	Cuff pressure above 300 mmHg	Check that the cuff is applied properly, wait a minimum of 5 minutes and attempt a new measurement. If the monitor still does not perform or performs abnormally, contact Customer Care
Display Shows Er 6	Cuff pressure above 15 mmHg for more than 3 minutes	
Display Shows Er 7	EEPROM accessing error	
Display Shows Er 8	Device parameter checking error	
Display Shows Er A	Pressure sensor parameter error	

If an error code persists or is not remedied, please contact Customer Care at 866-326-1313.

FCC Statement

NOTE:

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S.A. only)

This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product on and off, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the product and the receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for Canada only)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing equipment standard entitled “Digital Apparatus”, ICES-003 of the Canadian Department of Communications.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: “Appareils Numériques”, ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Electromagnetic Compatibility

Table 1
For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic emissions

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

<i>Emission Test</i>	<i>Compliance</i>	<i>Electromagnetic Environment Guidance</i>
RF emissions CISPR 11	Group 1	This monitor uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. This monitor is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
RF emissions CISPR 11	Class B	
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Electromagnetic Compatibility

Table 2
For all ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS

Guidance and manufacture's declaration - electromagnetic immunity

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

<i>Immunity Test</i>	<i>IEC 60601 Test Level</i>	<i>Compliance Level</i>	<i>Electromagnetic Environment Guidance</i>
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 6 kV contact ± 8 kV air	± 6 kV contact ± 8 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	± 2 kV for power supply lines ± 1 kV for input/output lines	± 2 kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Surge IEC 61000-4-5	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	± 1 kV line(s) to line(s) ± 2 kV line(s) to earth	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	<5 % UT (>95 % dip in UT) for 0.5 cycle 40 % UT (60 % dip in UT) for 5 cycles 70 % UT (30 % dip in UT) for 25 cycles <5 % UT (>95 % dip in UT) for 5 s	Mains power quality should be that of a typical commercial or hospital environment. If the user of this monitor requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that this monitor be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or hospital environment.

Electromagnetic Compatibility

Table 3
For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Guidance and manufacturer's declaration - electromagnetic immunity

This monitor is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of this monitor should assure that it is used in such an environment.

Immunity Test	IEC 60601 Test Level	Compliance Level	Electromagnetic Environment Guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 Vrms	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of this monitor, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz $d = 2.3 \sqrt{P}$ 800 MHz to 2,5 GHz Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey,** should be less than the compliance level in each frequency range.** Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: 
Radiated RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m	

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

* Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which this monitor is used exceeds the applicable RF compliance level above, this monitor should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating this monitor.

** Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Electromagnetic Compatibility

Table 4

For ME EQUIPMENT and ME SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and this monitor

This monitor is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of this monitor can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and this monitor as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.

Rated maximum output power of transmitter <i>W</i>	Separation distance according to frequency of transmitter <i>m</i>		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance <i>d</i> in meters (m) can be determined using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where <i>P</i> is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.			
NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.			
NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.			

Product Specifications

Name	Automatic Digital Blood Pressure Wrist Monitor
Model number	01-506
Display system	Digital display/LCD
Measuring method	Oscillometric Method, Automatic Air Inflation and Measurement
Power source	2 x 1.5V  AAA Batteries
Measuring range	Pressure: 0-300 mmHg Pulse: 40-180 beats/minute
Accuracy	Pressure: ± 3 mmHg
Deflation	Automatic pressure release valve
Memory	Built-in memory enabling display of up to 60 measurements
Automatic power-off	Approximately 1 minute after last button operation
Battery Life	Approximately 200 times
Operation environment	Temperature 41°F – 104°F (5°C – 40°C) Humidity $\leq 90\%$ RH max
Storage environment	Temperature -4°F – 131°F (-20°C – 55°C) Humidity $\leq 90\%$
Monitor dimensions	3-1/3" x 2-1/2" x 1-1/8"
Monitor weight	5.2 oz. (without batteries)
Wrist circumference range	Suitable for 5-1/2" – 7-5/8" (14 – 19.5 cm))
Accessories	Storage case, Instruction Guidebook, two AAA alkaline batteries, Quick Start Guide, Blood Pressure Log

Specifications are subject to change without notice

Lifetime Limited Warranty

Congratulations on your purchase of a Digital Blood Pressure Monitor. Your Digital Blood Pressure Monitor is covered by the following limited warranty commencing upon the date of purchase, and subject to the following terms and conditions:

The Warrantor warrants that its Digital Blood Pressure Monitor will be free from defects in materials and workmanship under normal consumer usage for as long as the original purchaser owns the product.

Periodic maintenance, repair and replacement of parts due to normal wear and tear are excluded from coverage. Defects or damage that result from: (a) improper operation, storage, misuse or abuse, accident or neglect, such as physical damage (cracks, scratches, etc.) to the surface of the product resulting from misuse; (b) contact with liquid, water, rain, extreme humidity or heavy perspiration, sand, dirt or the like, extreme heat, or food; (c) use of the Digital Blood Pressure Monitor for commercial purposes or subjecting the Digital Blood Pressure Monitor to abnormal usage or conditions; or (d) other acts which are not the fault of the Warrantor, are excluded from coverage. This warranty does not cover batteries or other power sources that may be provided with, or used with the Digital Blood Pressure Monitor.

If the Digital Blood Pressure Monitor fails to conform to this limited warranty, return the Digital Blood Pressure Monitor postage prepaid to: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Waukegan, IL, 60031**. When returning a product, please also include: (i) a copy of your receipt, bill of sale or other comparable proof of purchase; (ii) a written description of the problem; and (iii) your name, address and telephone number. Carefully package the product to avoid any damage that may occur while in transit; shipping insurance with returned receipt is recommended. At our option, the Warrantor will repair or replace the unit found to be defective in materials or workmanship under normal consumer usage. The purchaser will be notified of any additional repairs required prior to completing the repair, and will be responsible for parts charges, if any, and repair charges not covered by this limited warranty.

EXCEPT AS PROVIDED FOR IN THIS LIMITED WARRANTY, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS ARE DISCLAIMED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER, AND IS PROVIDED IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. IN NO EVENT SHALL THE WARRANTOR BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) FOR DAMAGES IN EXCESS OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT, OR FOR ANY INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR DAMAGES TO, OR LOSS OF, OTHER PROPERTY OR EQUIPMENT OR PERSONAL INJURIES TO THE FULL EXTENT THESE DAMAGES MAY BE DISCLAIMED BY LAW.

Some states and jurisdictions do not allow the limitation or exclusion of incidental or consequential damages, or limitation on the length of an implied warranty, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or from one jurisdiction to another.



Monitor digital de muñeca automático para tomar la presión arterial

Modelo 01-506



MANUAL DE INSTRUCCIONES • ESPAÑOL

¡ALTO!

ASEGÚRESE DE TENER LA TOTALIDAD DE LOS SIGUIENTES COMPONENTES ANTES DE USAR SU MONITOR DIGITAL DE PRESIÓN ARTERIAL




Monitor Digital



2 Baterías Tipo AAA



Estuche



Manual Detallado
Guía de Referencia Rápida
Registro de Presión Arterial
Preguntas con Frecuencia Hechas

SI FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS, INCLUIDOS LOS INSERTOS O LOS MANUALES DE INSTRUCCIONES, NO HAGA LA DEVOLUCIÓN EN EL LUGAR DONDE EFECTUÓ LA COMPRA. COMUNÍQUESE CON ATENCIÓN AL CLIENTE AL TELÉFONO 866-326-1313.

Contenido

Información del cuidado y de seguridad	34-35
Introducción	36
Funciones del monitor digital de presión arterial	37
Cómo comenzar	38
Colocación y reemplazo de las baterías /alimentación de c.a.	39
Ajuste de fecha y hora	40
Colocación del brazalete de medición de presión arterial	41
Toma de lecturas de presión arterial	42-43
Interpretación de lecturas de presión arterial	44-45
Función de memoria	46-47
Cuidado y mantenimiento	48
Dispositivo y Símbolos	49
Símbolos del visor	50
Solución de problemas/de errors	51-53
Declaración de la FCC	54
Compatibilidad Electromagnética	55-58
Especificaciones del producto	59
Garantía	60

Línea de ayuda gratuita de asistencia al cliente: 1-866-326-1313
De lunes a viernes de 8:30 a 16:30 (hora central del Este)



Distribuido por:
Veridian Healthcare
1175 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031
www.veridianhealthcare.com

Hecho en China
#93-1057 11/14
©2014 Veridian Healthcare, LLC

CARE & SAFETY INFORMATION

Nota: Lea atentamente todas las instrucciones antes del uso. Es necesario tomar las siguientes precauciones básicas cuando se va a utilizar un producto eléctrico.

Precaución: Si no se leen y respetan todas las precauciones podrían provocarse lesiones personales o daños al equipo.

El cuidado o uso inadecuado del monitor digital puede ocasionar lesiones, daños a la unidad, o resultar en un tratamiento ineficaz. Si sigue estas instrucciones, se garantizará la eficacia y la vida útil prolongada del monitor de presión arterial.b

Precauciones Generales y Advertencias

- Consulte los resultados de la medición con su médico o profesional de atención médica; nunca se auto diagnostique, ni intente un tratamiento, ya que esto puede ser peligroso
- Uso destinado únicamente para adultos; este dispositivo no está aprobado para uso infantil
- Mantenga fuera del alcance de los niños
- No use la unidad si tiene alguna parte dañada, si ha sido sumergida en agua o si el brazalete se ha caído
- Si ocurre alguna anomalía, deje de usar hasta que la unidad haya sido examinada y reparada
- Utilice solamente los aditamentos y accesorios incluidos; no utilice aditamentos de otros modelos o marcas
- No desarme la unidad, ni intente repararla, la sustitución de un componente diferente al administrado puede provocar error en la medición y anulará la garantía del fabricante
- Este monitor puede no ser apropiado para personas con arritmia grave; Consulte con su médico para monitor adecuado uso y evaluación.
- Compruebe la circulación de la sangre del usuario antes de la medición
- No comparta el puño con una persona infectada

 • Siga siempre los reglamentos locales para desechar correctamente el medidor, la manga y las baterías

CARE & SAFETY INFORMATION

Precauciones de operación y advertencias

- La inflamación excesiva prolongada puede provocar congestión, inflamación o hematomas en algunas personas
- Espere un mínimo de 2 minutos entre cada medición (se recomienda 20 minutos); mediciones frecuentes excesivas pueden restringir la circulación de la sangre
- No use este dispositivo mientras está conectado a ningún equipo de monitoreo en la misma extremidad
- La aplicación del puño sobre una herida o enfermedades de la inflamación
- Consulte con su profesional de la salud sobre la orientación de uso Si usted tiene cualquiera de los siguientes: derivación intravascular; mastectomía en el coresponding del brazo hacia el lado de la medición del cuerpo
- Si siente cualquier molestia u ocurre una anomalía, suspenda inmediatamente el uso del dispositivo; para detener el dispositivo durante la operación, presione el botón de **POWER** y el brazalete se desinflará automáticamente
- La operación fuera de la temperatura de operación establecida puede causar error en la medición o la mala función del dispositivo; la temperatura ambiente de operación es: 41°F – 104°F (5°C – 40°C) Humedad ≤90% RH max
- Nunca use esta unidad mientras esté en un vehículo en marcha ni en la bañera o la ducha

Precaycuibes Generales y Advertencias

- El almacenamiento fuera de la temperatura de almacenamiento establecida puede causar error en la medición o el mal funcionamiento del dispositivo; la temperatura ambiente de operación es: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C) Humedad ≤90%
- Mantenga la unidad lejos del alcance de los niños pequeños
- Siempre mantenga la unidad desconectada mientras no se usa, retire las pilas de la unidad si no se usará por un largo periodo de tiempo

Precaycuibes Generales y Advertencias

- Nunca sumerja la unidad en el agua para limpiarla, ya que esto podría dañarla
- Siga la sección de "limpieza y mantenimiento" de este manual para conocer las instrucciones acerca de cómo limpiar y cuidar su monitor

Introducción

Se recomienda que usted primero busca el consejo y la recomendación de su médico o profesional de cuidados médicos cuando utilice dispositivos de diagnóstico en el hogar, incluidos monitores de presión arterial.

Los monitores automáticos digitales de presión arterial emplean el método oscilométrico para medir la presión arterial electrónicamente. El monitor detecta el movimiento de la sangre por la arteria de su brazo y convierte dichos movimientos en una lectura digital. El método oscilométrico no requiere de un estetoscopio; con lo cual, el equipo resulta ideal para uso doméstico.

Las lecturas de la presión arterial determinadas con este dispositivo son equivalentes a las mediciones obtenidas por un profesional de cuidados médicos capacitado mediante el método de auscultación con brazalete/estetoscopio, dentro de los límites prescritos por la norma nacional estadounidense para esfigmomanómetros electrónicos o automatizados (American National Standard for Electronic or automated Sphygmomanometers).

Muchas gracias comprar el monitor automático de la presión arterial de Digitaces. Con el cuidado y uso adecuados, el monitor le brindará muchos años de lecturas confiables.


**SÍRVASE LEER TODA ESTA GUÍA ANTES DE
OPERAR LA UNIDAD.**

Funciones del monitor digital de presión arterial

Brazalete para el brazo

MEMORIA

Botón para llamar la



Compartimiento de las baterías (superficie inferior)

Visor Digital

POWER

Botón de encendido (encendido/apagado-on/off)

Los detalles del visor y la interpretación de los símbolos están incluidos en este manual.

Cómo comenzar

Antes de tomarse la presión

1. Sus lecturas sólo deben ser interpretadas por su médico o profesional de cuidados médicos con acceso a su historia clínica individual. El uso periódico de un monitor en el hogar le permitirá rastrear y registrar sus lecturas para comentarlas con su médico.
2. Tómese la presión en un lugar tranquilo y sentado en una posición relajada. Descanse durante 15 minutos antes de tomarse la presión. Si se produce un error o si desea tomar una segunda lectura, deje transcurrir 15 minutos entre lecturas para que sus vasos sanguíneos se normalicen.
3. Evite fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol, hacer actividad física o cualquier otra actividad estresante 30 minutos antes de tomarse la presión.
4. Quítese siempre las joyas o indumentaria apretada que pudiere interferir en la colocación del brazalete.
5. Manténgase quieto usted y el monitor durante la medición; no hable durante la lectura.
6. Se recomienda tomarse la presión a la misma hora todos los días para controlar mejor las indicaciones en sus resultados.
7. Registre su medición diaria en la planilla que se incluye o en algún otro documento escrito para compartirla con su médico.

Variaciones de la Presión Arterial

La tensión es influida por muchos factores y puede cambiar al momento. Normalmente, la tensión es más baja durante períodos y subidas durmientes durante el día.

Colocación y reemplazo de la batería/alimentación de c.a.

Esta unidad viene completa con 2 baterías tipo AAA.

Será necesario cambiar las baterías cuando se presente el símbolo de Batería Baja en el visor,  o cuando no se encienda el visor después de haber pulsado el botón de encendido  **POWER**.

Reemplazo de la Batería, Fig. 1

1. Presione hacia abajo para levantar la tapa
2. Inserte o cambie 2 baterías tipo AAA en el compartimento de baterías; asegúrese de que coincidan los símbolos de polaridad indicados. Use siempre baterías nuevas.
3. Vuelva a colocar la tapa.
4. Elimine las baterías de acuerdo con las reglamentaciones locales para su disposición y reciclaje.

Se recomienda quitar las baterías si la unidad no se va a usar por un periodo de tiempo prolongado.




Fig. 1

Ajuste de fecha y hora

ES NECESARIO AJUSTAR LA FECHA Y HORA DEL MONITOR CUANDO SE COLOCAN LAS BATERÍAS POR PRIMERA VEZ O CADA VEZ QUE SE LAS REEMPLAZA.

1. Con la unidad apagada, pulse y libere simultáneamente los botones de encendido **⏻POWER** y de **M** (memoria). Comenzará a parpadear el mes, *Fig. 1.*
2. Pulse el botón de **M** (memoria) para cambiar el número hasta que se visualice el número deseado. Si desea que los números pasen más rápido, mantenga pulsado el botón de **M** (memoria) mientras avanzan los números.
3. Pulse el botón de encendido **⏻POWER** para confirmar el ingreso del mes.
4. A continuación, parpadeará la fecha. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar la fecha; después las horas, luego los minutos.
5. Una vez ajustados los minutos, la unidad saldrá automáticamente del modo de ajuste de fecha/hora.




Fig. 1

Aunque el monitor esté apagado, seguirán visualizándose la fecha y la hora en la parte superior de la pantalla.

La hora se presenta en formato militar de 24 horas. Esta planilla explica la conversión de la hora.

Hora formato militar = Hora formato estándar

1:00 = 1am	7:00 = 7am	13:00 = 1pm	19:00 = 7pm
2:00 = 2am	8:00 = 8am	14:00 = 2pm	20:00 = 8pm
3:00 = 3am	9:00 = 9am	15:00 = 3pm	21:00 = 9pm
4:00 = 4am	10:00 = 10am	16:00 = 4pm	22:00 = 10pm
5:00 = 5am	11:00 = 11am	17:00 = 5pm	23:00 = 11pm
6:00 = 6am	12:00 = 12pm	18:00 = 6pm	24:00 = 12am

Colocación del brazalete de Presión Arterial

ES MUY IMPORTANTE EL AJUSTE Y LA COLOCACIÓN ADECUADA DEL BRAZALETE PARA OBTENER MEDICIONES PRECISAS DE LA PRESIÓN ARTERIAL. LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INDICACIONES Y CONSULTE CON SU MÉDICO PARA MÁS INSTRUCCIONES

Antes de colocarse el brazalete de presión arterial, asegúrese de que la muñeca esté dentro del rango de brazalete correspondiente.

Rango de circunferencia de muñeca

adecuado para:

5-1/2" – 7-5/8" (14 – 19.5 cm)

Recuerde: es importante evitar fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol o realizar actividad física 30 minutos antes de tomarse la presión.

Si, por cualquier motivo, usted no puede o no debe usar la muñeca izquierda, modifique las instrucciones para colocación del brazalete en la muñeca derecha. Su médico puede ayudarlo a identificar la muñeca que le resulte mejor para tomarse la presión.

1. Qúitese cualquier indumentaria apretada o joya que pudiese interferir con la colocación del brazalete.
2. Permanezca sentado a una mesa o escritorio, con los pies planos sobre el suelo.
3. Sosténgase el brazo izquierdo delante de usted con su palma que hace frente arriba y las piernas uncrossed.
4. Colóquese el brazalete preformado en la muñeca izquierda de manera tal que la cara del visor digital quede posicionada del lado interior de la muñeca, mirando hacia usted, *Fig. 1*.
5. Ajuste el brazalete 1/4" - 1/2" desde el borde de la cabeza del hueso cúbito, *Fig. 2*.
6. El brazalete debe sentirse cómodo, aunque ajustado, alrededor de la muñeca.

Si no se siente cómodo al colocarse el brazalete, procure la ayuda de otro integrante de la familia o practique la colocación del brazalete con su médico. La colocación incorrecta del brazalete dará como resultado lecturas inexactas.





Fig. 1




Fig. 2

Toma de lecturas de Presión Arterial

Lea las partes precedentes de este manual antes de tomarse la presión arterial por primera vez.

Recuerde: es importante evitar fumar, comer, tomar medicación, beber alcohol o realizar actividad física 30 minutos antes de tomarse la presión.




Fig. 1

1. El codo debe descansar en una superficie sólida, con la palma de la mano hacia arriba. Eleve el brazo de manera tal que el brazalete y el corazón se encuentren alineados, Fig. 1.
2. Pulse el botón de encendido **POWER** para encender la unidad, que ejecutará una prueba automática, Fig. 2.
3. La unidad visualizará brevemente el último valor de lectura de ese banco de memoria. Si no hay una medición anterior, en el visor se indicará '0' para todos los valores de lectura, Fig. 3.
4. El brazalete se inflará automáticamente hasta alcanzar aproximadamente 190mmHg ó 40 mmHg más que la última lectura de presión sistólica almacenada en la memoria.
5. Cuando el proceso de inflado haya alcanzado su óptimo nivel, el visor comenzará a mostrar la presión disminuyendo y usted sentirá cómo disminuye la presión en el brazalete.




Fig. 2




Fig. 3

PARA INTERRUPIR EL PROCESO DE INFLADO O DESINFLADO EN CUALQUIER MOMENTO, PRESIONE EL BOTÓN POWER.

Toma de lecturas de Presión Arterial

6. La medición de la presión arterial y del pulso se visualizará simultáneamente en la pantalla, *Fig. 4*. Tanto los valores de presión sistólica como diastólica se presentarán simultáneamente.
7. El indicador de hipertensión mostrará el rango de lecturas en la parte izquierda del visor, *Fig. 5*. Para una planilla de interpretación de los resultados del indicador de hipertensión, consulte la página 44.
8. Si se detectó un latido irregular durante la lectura, en el visor se presentará el detector de latidos irregulares, *Fig. 6*. Para más información acerca de la función del detector de latidos irregulares, consulte la página 45.
9. La lectura se almacenará automáticamente en la memoria, hasta un máximo de 60 lecturas.
10. Seleccione **POWER** para apagar la unidad y ahorrar energía y la vida útil de las baterías. La unidad se apagará automáticamente y volverá al modo de fecha/hora después de aproximadamente 1 minuto.



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

Interpretación de lecturas de Presión Arterial

Detector de latidos irregulares♥

Un ritmo cardíaco irregular se define como un ritmo cardíaco 25% más lento o 25% más rápido que la medición promedio detectada mientras el monitor lleva a cabo la medición. Cuando este dispositivo detecta un ritmo cardíaco irregular en dos o más ocasiones durante la lectura, aparecerá el símbolo IHB en la pantalla.

Este monitor operará si aparece el icono, pero los resultados podrían verse afectados, especialmente si dicho símbolo aparece con mucha frecuencia. Por favor, consulte con su médico o profesional de la salud capacitado si este símbolo aparece con frecuencia, a fin de obtener más información acerca de un ritmo cardíaco irregular.




Interpretación de lecturas de Presión Arterial

Indicador de hipertensión

¡Esta unidad posee nuestro indicador de hipertensión único. La Organización Mundial de la Salud ha establecido normas aceptadas mundialmente para la evaluación de lecturas de presión arterial alta y baja. La siguiente planilla debe ser considerada sólo como una guía; consulte siempre con su médico o profesional de cuidados médicos en relación con la interpretación de sus resultados individuales.

El indicador de hipertensión, localizado en el sector izquierdo del visor, identificará su lectura dentro de un rango, de conformidad con las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El indicador de hipertensión es localizado en el sector izquierdo del visor

 Grado 3 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 180 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 110 mmHg	 Alta Normal Presión arterial sistólica: ≥ 130-139 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 85-89 mmHg
 Grado 2 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 160-179 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 100-109 mmHg	 Normal Presión arterial sistólica: ≥ 120-129 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 80-84 mmHg
 Grado 1 de Hipertensión Presión arterial sistólica: ≥ 140-159 mmHg or Presión arterial diastólica: ≥ 90-99 mmHg	 Óptima Presión arterial sistólica: < 120 mmHg or Presión arterial diastólica: < 80 mmHg

Función de Memoria

Memorización de mediciones en la Memoria

Puede memorizar hasta un total de 60 mediciones en la memoria. Estas mediciones las puede compartir con su médico o profesional capacitado para el cuidado de la salud. Mediante el registro de presión arterial que se incluye, puede compartir esas lecturas con su médico o con un profesional de cuidados médicos capacitado.

1. Pulse y libere el botón **M** (memoria). La unidad mostrará brevemente la cantidad de mediciones almacenadas en el banco, *Fig. 1*.
2. Luego el visor indicará el promedio de las últimas 3 lecturas. Una **A** parpadeante aparecerá en el visor; la barra del indicador de hipertensión también parpadeará, *Fig. 2*.
3. Pulse el botón **M** (memoria) para comenzar a desplazarse por las mediciones que están almacenadas. El número de medición y la barra del indicador de hipertensión parpadearán, *Fig. 3*. Luego de desplazarse por todas las lecturas, la unidad se apagará automáticamente.
4. Cuando el número de lecturas excede las 60, las más antiguas serán reemplazadas por el nuevo registro.




Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

Función de Memoria

Medidas del claro de la memoria

1. Pulse y libere el botón **M** (memoria). La unidad mostrará la cantidad de mediciones almacenadas en el banco.
2. Pulse y libere el botón **M** (memoria) hasta que aparezca la primera medición.
3. Pulse y mantenga pulsado el botón **M** (memoria) hasta que titilen dos líneas horizontales, *Fig. 4*; lo cual indicará que se han borrado todas las mediciones.




Fig. 4

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

El buen cuidado y mantenimiento de su medidor de presión ayudará a asegurar la larga vida útil del producto. El uso inadecuado del medidor puede invalidar la garantía incluida.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DEL MEDIDOR

- No use ningún líquido para limpiar el medidor. Use un paño suave y seco para limpiarlo según sea necesario
- Almacenar el medidor a temperaturas de almacenamiento que excedan las establecidas puede ocasionar errores o mal funcionamiento. La temperatura de almacenamiento recomendada es: -4°F – 131°F (-20°C – 55°C); Humedad: ≤90% RH
- No almacene en la luz solar directa
- Mantenga siempre la unidad desconectada cuando no esté en uso. Retire las baterías si no planea usar el medidor durante un lapso prolongado
- No trate de desarmar su medidor, ya que ello podría invalidar la garantía del fabricante.
- No someta el medidor a golpes fuertes y no lo deje caer
- Con el cuidado apropiado, el monitor mantendrá el rendimiento para un mínimo de 10.000 mediciones o tres años
- Ningún componente de este dispositivo puede ser mantenida por el usuario; los esquemas, listas de parte de componentes, descripciones, instrucciones de calibración u otra información que ayudará a personal técnico debidamente cualificado del usuario para reparar las partes del equipo que se señalan son reparables puede ser suministrado
- Se recomienda que el monitor de rendimiento revisarse cada dos años o después de servicio o reparación. Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio o llame a atención al cliente

CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA MANGA

- No sumerja la manga ni la lave en lavadora. Limpie las manchas con un detergente suave según sea necesario
- No trate de planchar o secar la manga. Si se humedece, deje que se seque con el aire completamente antes de usarla o almacenarla
- Limpie el puño a conciencia después de que cada 200 aplicaciones o más con frecuencia según lo necesitado
- Para desinfectar el brazalete, limpie el interior (lado de contacto de la piel) del brazalete ligeramente humedecido con 70-90% etílico alcohol para frotar y secar al aire; se sugiere para desinfectar el brazalete con frecuencia cuando se utiliza en entornos clínicos o si el manguito está contaminado de ninguna manera
- Con el cuidado apropiado, el brazalete mantendrá el rendimiento para un mínimo de 1000 mediciones

Símbolos Visualizados

<i>Símbolo</i>	<i>Significado</i>
	Lea este Manual — todos los manuales incluidos deben leerse antes del primer uso
	ADVERTENCIA—indica una advertencia, prohibición o acción obligatoria que mitiga el riesgo de que no es necesariamente evidente para el operador del dispositivo
	Type BF aplicado partes — indica que una parte de esta unidad entra en contacto con el paciente para realizarlo ha destinado función; en el caso de este dispositivo el brazalete es la parte aplicada de tipo BF
	Protección del medio ambiente — desechar este producto correctamente; Consulte con sus reciclaje las ordenanzas locales para el reciclaje y la eliminación
	Mantenga seco — este dispositivo debe mantenerse seco; Nunca sumerja la unidad o el puño. Consulte con la sección de cuidado y mantenimiento de este manual para obtener información sobre la limpieza de su monitor

Símbolos Visualizados

<i>Símbolo</i>	<i>Significado</i>
SYS.	Systolic Blood Pressure—The 'top' blood pressure result
DIA.	Diastolic Blood Pressure—The 'bottom' blood pressure result
mmHg	Milligrams of Mercury—Unit of blood pressure measurement for this device
	Pulse Rate—Pulse rate per minute during the measurement
	Low Battery—Battery is low and should be replaced
	Down Arrow—The cuff is not properly wrapped or has too much air left in it; arrow will cease flashing when the unit is ready for measurement
	Up Arrow—A measurement error has occurred and the measurement should be attempted again
	Irregular Heartbeat Icon—An irregular heartbeat was detected during the measurement
	Memory Reading—Reading on display is a reading from a memory bank
	Average—The display shows the average of the last three measurements in memory
	Error—An error has occurred during the measurement

Solución de Problemas

<i>Problema</i>	<i>Causa posible</i>	<i>Solución</i>
El monitor muestra una medición anormal	La posición del brazalete no era correcta o no estaba lo suficientemente ajustado.	Coloque el brazalete correctamente e intente realizar una lectura nueva.
	La postura del cuerpo no era correcta durante la lectura.	Lea la sección “Cómo tomar una lectura” de este manual e intente realizar una lectura nueva.
	Durante la lectura, habló, se movió excesivamente, estaba enojado, excitado, ansioso o nervioso.	Espere unos instantes e intente realizar una lectura nueva cuando se haya calmado; no hable ni se mueva durante la lectura.
El visor está en blanco cuando se enciende el equipo	Es probable que las baterías estén vencidas o no se hayan colocado correctamente.	Revise la polaridad de las baterías y vuélvalas a colocar si fuera necesario; cambie las baterías por unas nuevas.
No hay respuesta cuando se presiona el botón de encendido (POWER) o después de colocar baterías nuevas.	Funcionamiento incorrecto; posiblemente haya interferencia electromagnética fuerte.	Quite las baterías y espere por lo menos cinco minutos; vuelva a colocar las baterías e intente realizar una lectura nueva.

Solución de Problemas - Códigos de Error

<i>Código</i>	<i>Causa posible</i>	<i>Solución</i>
EE	Se detectó mucho movimiento durante la lectura.	Espere alrededor de 20 minutos para que los vasos sanguíneos retornen a su estado normal; intente realizar una lectura nueva evitando moverse durante la prueba.
	Inflado incorrecto o disminución rápida de la presión durante la lectura.	Verifique que el monitor esté firmemente sujeto al brazalete y que no esté suelto; inspeccione el brazalete para ver que no tenga roturas o rasgadas.
	Se detectó una frecuencia cardíaca irregular (arritmia) durante la lectura.	Es probable que este monitor no sea apropiado para las personas que padezcan de arritmias graves; consulte con su médico para evaluar el uso del monitor adecuado.
	No se ha colocado correctamente el brazalete.	Vuelva a colocar el brazalete correctamente e intente realizar una lectura nueva.

Si un código de error persiste o no se remedia, entre en contacto con por favor el cuidado del cliente en 866-326-1313.

Solución de Problemas - Códigos de Error

<i>Código</i>	<i>Causa posible</i>	<i>Solución</i>
Pantalla Muestra Er 0	Sistema de presión es inestable antes de la medición	Revise la parte de "Cómo tomar una medición" del manual, espere un mínimo de 5 minutos e intentar una nueva medición
Pantalla Muestra Er 1	No se pudo detectar la presión sistólica	
Pantalla Muestra Er 2	Presión Error al detectar-diastólica	
Pantalla Muestra Er 3	Sistema neumático bloqueado o brazalete es demasiado apretado durante el inflado	Revise la parte de "Cómo tomar una medición" del manual, espere un mínimo de 5 minutos e intentar una nueva medición
Pantalla Muestra Er 4	Fuga en el sistema neumático o el brazalete es demasiado flojo durante la inflación	
Pantalla Muestra Er 5	La presión del manguito por encima de 300 mmHg	Compruebe que el brazalete se aplica correctamente, espere un mínimo de 5 minutos e intentar una nueva medición. Si el monitor no funciona o funciona de manera anormal, comuníquese con Atención al Cliente
Pantalla Muestra Er 6	La presión del manguito por encima de 15 mmHg durante más de 3 minutos	
Pantalla Muestra Er 7	Error al acceder a EEPROM	
Pantalla Muestra Er 8	Parámetro de dispositivo de comprobación de errores	
Pantalla Muestra Er A	Error de parámetro Sensor de presión	

Declaración de la FCC

NOTA:

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para EE.UU.)

Este producto ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las disposiciones de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones).

Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina de una instalación residencial. El producto genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, podría ocasionar una interferencia dañina para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía alguna de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si el producto ocasiona interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, la cual se puede determinar al encender y apagar el producto, se exhorta al usuario a que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora
- Aumente la separación entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda

POTENCIAL DE INTERFERENCIA PARA RADIO/TELEVISIÓN (sólo para Canadá)

Este aparato digital no excede los límites de Clase B para emisiones de ruido de radio para un aparato digital, como se estipula en la norma sobre equipos causantes de interferencia titulada "Aparato digital", ICES-003 del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par le ministre des communications.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 1
Para todos los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

<i>Prueba de emisiones</i>	<i>Cumplimiento</i>	<i>Guía sobre el ambiente electromagnético</i>
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Grupo 1	Este monitor usa energía de RF únicamente para su funcionamiento interno. Por lo tanto, sus emisiones de radiofrecuencia son muy bajas y no es probable que causen ninguna interferencia en los equipos electrónicos cercanos.
Emisiones de radiofrecuencia CISPR 11	Clase B	Este monitor es apto para usarse en todo tipo de establecimiento, inclusive en ámbitos domésticos y en aquellos conectados directamente a la red pública de baja tensión que alimenta a los edificios destinados a vivienda.
Emisiones armónicas CEI 61000-3-2	Clase A	
Fluctuaciones y parpadeo de tensión CEI 61000-3-3	Cumple	

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 2
Para todos los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME

Guía y declaración del fabricante – emisiones electromagnéticas

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

Prueba de Inmunidad	Nivel de prueba CEI 60601	Nivel de cumplimiento	Guía sobre el ambiente electromagnético
Descarga electrostática CEI 61000-4-2	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	± 6 kV por contacto ± 8 kV por aire	Los pisos deben ser de madera, concreto o baldosas de cerámica. Si el piso está recubierto con material sintético, la humedad relativa debe ser por lo menos del 30%.
Transitorios eléctricos rápidos/en ráfagas CEI 61000-4-4	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica ± 1 kV para líneas de entrada/salida	± 2 kV para líneas de alimentación eléctrica	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Sobretensión CEI 61000-4-5	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	± 1 kV línea(s) a línea(s) ± 2 kV línea(s) a tierra	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Bajas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de suministro eléctrico CEI 61000-4-11	<5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 0.5 ciclos 40 % U_T (baja de 60% en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (baja de 30% en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 5 seg.	<5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 0.5 ciclos 40 % U_T (baja de 60% en U_T) durante 5 ciclos 70 % U_T (baja de 30% en U_T) durante 25 ciclos <5 % U_T (baja de >95 % en U_T) durante 5 seg.	La calidad de la corriente suministrada por la red de distribución de energía debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico. Si el usuario de este monitor requiere que éste continúe funcionando aún durante interrupciones en el suministro de energía, se recomienda alimentar el monitor desde una fuente de alimentación ininterrumpida o con una batería.
Campos magnéticos de frecuencia de energía (50/60 Hz) CEI 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de energía deben tener los niveles característicos de un lugar típico en un ambiente comercial u hospitalario típico.

Nota: U_T es la tensión de corriente alterna (de la red de distribución de energía eléctrica) antes de aplicar el nivel de prueba.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 3

Para los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME que no son Sistemas de Soporte Vital

Guía y declaración del fabricante – Inmunidad electromagnética

Este monitor tiene la finalidad de usarse en el ambiente electromagnético que se especifica a continuación.

El cliente o usuario de este monitor debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.

<i>Prueba de Inmunidad</i>	<i>Nivel de prueba CEI 60601</i>	<i>Nivel de cumplimiento</i>	<i>Guía sobre el ambiente electromagnético</i>
RF conducida CEI 61000-4-6	3 Vrms de 150 kHz a 80 MHz	3 Vrms	Los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles no deben utilizarse a una distancia inferior de la distancia de separación recomendada, respecto de cualquier parte del monitor (incluso los cables). La distancia de separación recomendada se calcula a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada: $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz a } 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz a } 2,5 \text{ GHz}$ donde P es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor, y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de transmisores fijos de RF, determinadas en base a un estudio electromagnético del lugar* deben ser menores que el nivel de conformidad en cada gama de frecuencias.** Puede haber interferencias cerca de equipos marcados con el siguiente símbolo: 
RF irradiada CEI 61000-4-3	3 V/m de 80 MHz a 2,5 GHz	3 V/m	

NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la gama de frecuencias más alta.

NOTA 2: Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.

* Las intensidades de campo creadas por los transmisores fijos, como por ejemplo los de estaciones base para telefonía de radio (celular/inalámbrica) y radios móviles terrenas, de radio amateur, emisoras de radio AM y FM y emisoras de televisión, no se pueden predecir con precisión en forma teórica. Para evaluar el entorno electromagnético provocado por transmisores de RF fijos, se debe considerar la posibilidad de realizar una prueba electromagnética en el lugar. Si la intensidad de campo medida en el lugar donde se usará el monitor excede el nivel de conformidad de RF indicado anteriormente, se debe vigilar el monitor con el fin de verificar su buen funcionamiento. En caso de detectarse un funcionamiento anormal, puede que sea necesario tomar medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del monitor.

** Dentro de la gama de frecuencias comprendidas entre 150 kHz y 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a 3V/m.

COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Tabla 4

Para los EQUIPOS ME y SISTEMAS ME que no son Sistemas de Soporte Vital

Distancias de separación recomendadas entre los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles y este monitor
Este monitor ha sido diseñado para utilizarse en un entorno electromagnético en el cual las perturbaciones por emisiones de RF irradiada están bajo control. El cliente o usuario del monitor puede contribuir a que no ocurran interferencias electromagnéticas manteniendo una distancia mínima entre el monitor y los equipos de comunicaciones por RF portátiles y móviles (transmisores), según lo recomendado a continuación, de acuerdo con la potencia máxima de salida del equipo de comunicaciones.

Potencia máxima de salida del transmisor <i>W</i>	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor <i>m</i>		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,5 GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23
En el caso de los transmisores cuya potencia máxima de salida no figura en la lista anterior, la distancia de separación recomendada <i>d</i> en metros (m) puede determinarse por medio de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor, donde <i>P</i> es la potencia máxima de salida del transmisor en vatios (W), conforme lo declarado por su fabricante. NOTA 1: A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para la gama de frecuencias más alta. NOTE 2: Estas guías pueden no aplicarse en todas las situaciones. La absorción y la reflexión provocadas por estructuras, objetos y personas afectan la propagación electromagnética.			

Especificaciones del Producto

Nombre y	Monitor Digital de Presión Arterial para el Muñeca, de Calidad Premium
Número de Modelo	01-506
Sistema de visualización	Visor digital/visor de cristal líquido
Método de medición	Oscilométrico método
Fuente de energía	2 x 1.5V  baterías tipo AAA
Rango de medición	Presión: de 0 a 300 mmHg Pulso: de 40 a 180 pulsos por minuto
Precisión	Presión: ± 3 mmHg
Presurización	Presurización automática por bomba
Desinflado	Válvula automática de alivio de presión
Memoria	Visor con memoria incorporada que permite hasta 60 mediciones
Apagado automático	Aproximadamente 1 minuto después de la última vez que se accionó un botón
Vida Útil de las Baterías	Aproximadamente 200 mediciones
Entorno operativo	Temperatura 41°F – 104°F (5°C – 40°C) Humedad $\leq 90\%$ RH max
Entorno de almacenamiento	Temperatura -4°F – 131°F (-20°C – 55°C) Humedad $\leq 90\%$
Dimensiones del monitor	3-1/3" x 2-1/2" x 1-1/8"
Dimensiones del monitor	Peso 5.2 oz. (sin baterías)
Rango de circunferencia de Muñeca	Adecuado para 5-1/2" – 7-5/8" (14 – 19.5 cm)
Accesorios	Estuche, guía detallada, dos baterías AAA, Guía para un Inicio Rápido.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Garantía de vida útil Limitada

Felicitaciones por su compra de un Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital. Su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital está cubierto por la siguiente garantía limitada a partir de la fecha de compra y está sujeto a los siguientes términos y condiciones:

El warrantor garantiza que su Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo el uso normal del consumidor por el tiempo que el comprador original sea propietario del producto.

Se excluyen de la cobertura el mantenimiento periódico, las reparaciones y el reemplazo de partes debidos al desgaste normal. Los defectos o daños que resulten de: (a) la operación incorrecta, el almacenamiento incorrecto, el uso inadecuado o abuso, accidente o negligencia, como el daño físico (grietas, raspones, etc.) en la superficie del producto resultado del uso inadecuado; (b) el contacto con líquidos, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración abundante, arena, polvo o suciedad en general, calor extremo, o alimentos; (c) el uso del Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital con propósitos comerciales o someter al Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital a un uso o condiciones anormales; u (d) otros actos que no son culpa de Veridian, se excluyen de la cobertura. Esta garantía no cubre baterías ni otras fuentes de energía que se puedan suministrar o usar con el Producto.

Si el Producto no cumple con esta garantía limitada, devuelva el Monitor de Muñeca Para la Presión Arterial Automático Digital con franqueo prepago junto a: **Attn: Repair Department, 1175 Lakeside Drive, Waukegan, IL, 60031**.

Cuando devuelva un producto, por favor incluya además: (i) una copia de su recibo, factura u otro comprobante de compra; (ii) una descripción por escrito del problema; y (iii) su nombre, dirección y número telefónico. Embale cuidadosamente el producto para evitar daños mientras está en tránsito; se recomienda contratar un seguro de envío con acuse de recibo. Según lo que elija, Veridian Healthcare reparará o reemplazará la unidad que se considere defectuosa en materiales o mano de obra bajo el uso normal del consumidor. Al comprador se le notificará cualquier reparación adicional requerida antes de completar la reparación, y será responsable de pagar el cargo por las piezas, si lo hubiese, y los cargos de reparación que no estén cubiertos por esta garantía limitada.

EXCEPTO COMO LO DISPONE ESTA GARANTÍA LIMITADA, NO SE ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EXPRESAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS EN FORMA NO RESTRICTIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. LA REPARACIÓN O REEMPLAZO, COMO SE ESTIPULA EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, ES EL ÚNICO RECURSO EXCLUSIVO DEL CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO EL WARRANTOR SERÁ RESPONSABLE, CON BASE EN OBLIGACIONES CONTRACTUALES O CULPA EXTRACONTRACTUAL (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SUPEREN EL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO, O POR CUALQUIER DAÑO INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE DE CUALQUIER TIPO, O POR DAÑOS A OTRA PROPIEDAD O EQUIPO, O PÉRDIDA DE PROPIEDAD O EQUIPO O LESIONES PERSONALES, EN LAS MÁS AMPLIAS EXTENSIÓN EN QUE LA LEY PERMITA EL DESCARGO DE LA RESPONSABILIDAD POR DICHOS DAÑOS.

Algunos estados y jurisdicciones no permiten la limitación o exclusión de daños incidentales o consecuentes, o la limitación en la duración de una garantía implícita, de modo tal que las limitaciones o exclusiones podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también puede tener otros derechos, que varían dependiendo del estado o de una jurisdicción a otra.